

Mørkekammerlys. Udføres én gang årligt.

Sværtningsforskel mellem området under mønten og udenfor (sæt kryds)?

Foreksponér filmen til sværtning 1.0-1.5 med faktorerne:

kV _____ mAs _____ evt. filter _____ FFA _____

Dato	År	Ja, krav IKKE opfyldt	Nej, krav opfyldt
	2011		
	2012		
	2013		
	2014		
	2015		
	2016		
	2017		
	2018		
	2019		