

Strålekvalitet med eksponeringsautomatik - Én gang månedligt

Reference 70 kV - optagelse 3) se 8.1.

mAs:

FFA:

Højeste sværtning, Dh (trin nr. ____):

Laveste sværtning, DI (trin nr. ____):

Forskel Dh-DI:

Sværtningforskel på trappen max. 0,3 fra udregnede Dh-DI ved referenceoptagelsen (sæt kryds)?

Måned	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kV	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Højeste sværtning, Dh												
Laveste sværtning, DI												
Forskel Dh-DI												
Ja, sværtningforskellen max. $\pm 0,3$ i forhold til referenceoptagelse												
Nej, krav IKKE opfyldt												

Reference 90 kV - optagelse 4) se 8.1.

mAs:

FFA:

Højeste sværtning, Dh (trin nr. ____):

Laveste sværtning, DI (trin nr. ____):

Forskel Dh-DI:

Sværtningforskel på trappen max. 0,3 fra udregnede Dh-DI ved referenceoptagelsen (sæt kryds)?

Måned	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
kV	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
Højeste sværtning, Dh												
Laveste sværtning, DI												
Forskel Dh-DI												
Ja, sværtning max. $\pm 0,3$ i forhold til ref.optagelse												
Nej, krav IKKE opfyldt												